


Приложение №1. Схема подключения ИОМ-02

К зонду
Bosch
LSU4.9
←

№	Цепь
1	Ip
2	Vs/ p
3	Heater-
4	Heater+
5	Calr
6	Vs



Цепь	№
+12 V	1
GND	2
Error	3
COM DO	4
Measurement	5
AO	6
GND	7
B	8
A	9

= 12..15В

Аналоговый выход
4..20мА / 2..10В

RS485